



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE CAMPOS NOVOS**

Rua Caetano Carlos, 466 - Centro - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 83.158.105/0001-09 Telefone: (49) 3541-0844
E-mail: compras@samaecn.com.br Site: http://samaecn.com.br

Página: 1 / 2

**DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 1/2026**

Processo Adm.: 34/2026

Data do Processo: 31/07/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 34/2026
b) **Nr. Licitação:** 1/2026 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 21/09/2026
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO SAMAE: DOIS ESPECTROFOTÔMETROS PARA LEITURA DOS PARÂMETROS DE COR, FLÚOR, DUREZA, ALUMÍNIO, FERRO E DEMAIS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS, ELETRODO DE ÍON SELETIVO DE FLUORETO E TRÊS COLORÍMETROS PARA LEITURA DE CLORO LIVRE E TOTAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS A CAMPO, VISANDO GARANTIR MAIOR PRECISÃO, CONFIABILIDADE E EFICIÊNCIA NO CONTROLE DE QUALIDADE REALIZADO PELO SAMAE CAMPOS NOVOS - SC.

Participante: ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (55.482.475/0001-53)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ELETRODO DE ÍON SELETIVO: ELETRODO MEDIDOR DE ÍON FLUORETO COMBINADO, FAIXA DE LEITURA 0,02 PPM A 19.000 PPM, COM 01 METRO DE CABO, CONECTOR TIPO BNC, CORPO EM EPÓXI, DEVERÁ ACOMPANHAR SOLUÇÃO DE PREENCHIMENTO.	1,000	UND	4.290,00	4.290,00

Total do Participante: 4.290,00

Participante: A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA (18.016.106/0001-49)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	COLORÍMETRO PARA CLORO: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, PORTÁTIL E DIGITAL, COM LEITURA DIRETA DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DUAS FAIXAS DE MEDIÇÃO: FAIXA BAIXA: 0,02 A 2,00 MG/L E FAIXA ALTA: 0,1 A 8,0 MG/L; PRINCÍPIO DE ANÁLISE PELO MÉTODO DPD; COMPATÍVEL COM CUBETAS REDONDAS DE PASSO OPTICO 25MM (10 ML) E 10MM (10 ML); A PROVA D'ÁGUA - PROTEÇÃO IP67 TOTAL (PODE SUBMERGIR ATÉ 01 METRO POR 30MIN); FLUTUA QUANDO CAIR ACIDENTALMENTE NA ÁGUA; POSSUI MEMÓRIA PARA ARMAZ	3,000	UN	2.340,00	7.020,00

Total do Participante: 7.020,00

Total Geral: 11.310,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
REEQUIPAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS	39.002.17.512.0018.1036.4.4.90.00.00	R\$ 50.488,09

Campos Novos, 10 de Setembro de 2026

Assinatura do Responsável